



TEKLİF FORMU

TEKLİF İSTEK TARİHİ :	13/01/2021	BELGE KAYIT NO :	2021-01-53		
İSTEK YAPAN BİRİM :	Tibbi Malzeme Merkez Ambar Stoğu				
SAYIN FİRMA YETKİLİSİ :					
SIRA	KODU	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI
1		Z.CERRAHİ ALET DEZENFEKTANI-KONSANTRE İLT	300,00	Litre	
MALZEME İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER :		67073 NL TIBBİ DEPO İSTEĞİ			
MALZEME TEKLİF SÜRENİZ	MALZEMENİN GARANTİ SÜRESİ	VARSA TEKLİF ŞARTNAME	TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ	ÖDEME ŞEKLİ	DÖVİZ KURU
TEKLİF İS					

MALZEMENİN TEKNİK ŞARTNAME VE KALİTE BELGELERİNİ TEKLİFİN EKİNDE GÖNDERİNİZ. YUKARIDA BELİRTİLEN MALZEMELERİ FİYATLANDIRIP EN GEÇ 18.01.2021 TARİHİ VE SAAT 16:30 KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ' NE BİLDİRMENİZİ RİCA EDERİZ.

RIZA GÜRDAL
Satınalma Müdürü

1. Malzeme fiyatları döviz üzerinden verilirse, fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru geçerli olacaktır.
2. Ürünün ÜTS kayıt numarası ve SUT kodu yazılacak, yoksa kapsam dışı olduğu belirtilecektir.
3. Teklif edilen ürünlerin, ÜTS kayıt sorgu çıktılarının teklif ekinde gönderilmesi zorunludur.
4. İsteklinin teklif edilen ürünü satmaya yetkili olduğunu gösteren ÜTS kaydı, barkod numarası belirtilecektir.
5. Teklif formunun sağ üst köşesinde yazılı olan bölüm ismi ve numarasının belirtilmesi rica olunur.
6. Ürünün markası ile ambalaj miktarı ve birimi (adet, kilo, gram, mililitre, litre... vb...) belirtilecektir.
7. Teklif verilirken her firma kendi proforma faturasıyla teklif verecektir. Bu form üzerinde verilen fiyatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

KULLANIMA HAZIR ALDEHİTSİZ KONSANTRE DEZENFEKTAN ŞARTNAMESİ

Bu şartname onbeş maddeden oluşmaktadır:

1. Deterjanlı dezenfektan çözelti, dışarıdan her hangi bir aktivatör katmadan kullanıma hazır olmalıdır. Kullanıma hazır formunun içinde tortu bulunmamalıdır.
2. Amilaz, proteaz ve lipaz enzimlerini içermelidir. Düşük düzey dezenfektan içermelidir (kuarterner amonyum, guanidin gibi). **Aldehit ve klor içermemelidir.** Ürün, aletler üzerindeki kan, doku vb. organiklerin kolaylıkla arınmasını sağlamalıdır.
3. Üretici firmanın; **Sağlık Bakanlığı Üretim Yeri İzin Belgesi, İyi İmalat Uygulamaları Sertifikası (GMP) ve EN ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi)** belgeleri ile CE belgesi teklif ile birlikte verilmelidir. Bu belgeler TURKAK tarafından onaylı olmalı ve ihale dosyasında bulunmalıdır. Bu belgeler noter onaylı olmalıdır.
4. **Konsantre** ürün olmalıdır. Konsantre üründen en az 100 litre kullanıma hazır solüsyon elde edilebilmeli, çeşme suyu ile sulandırılabilenlidir. Sulandırım sonrasında kullanım solüsyonu nötr ph (ph=7)'ta olmalıdır.
5. Manuel alet dezenfeksiyonunda ve ultrasonik yıkama makinesinde düşük ısıda (~30-45°C) kullanılmaya uygun olmalıdır.
6. Ürün 5 L ve 10 L'lik kapaklı bidonlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim ve son kullanma tarihi ve içeriği yazmalıdır.
7. Üretici firma tarafından ürün ile birlikte ürünün doğru kullanımı için 4 bidon başına 1 adet 25cc hazneli doz pompası verilmelidir.
8. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır.
9. Ürüne ait "Güvenlik veri fişi" verilmelidir.
10. Raf ömrü en az iki yıl, hastaneye teslim tarihi itibarıyla en az 12 ay olmalıdır. Son kullanım tarihinin dolmasına 0ç ay kala haber verilmesi durumunda Firma tarafından ürün değişimi yapılacağına dair taahhütname teklif dosyasında sunulmalıdır.
11. **UBB/TITUBB kaydı ve İthal ürün ise Sağlık Bakanlığı İthal İzin belgeleri** bulunmalıdır.

12. Idarenin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'ndan ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
13. Kullanımla ilgili eğitim, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenen Ünitelere, belirlenen aralıklarla firma tarafından verilmelidir.

Özlem SARIKAYA
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

