



TEKLİF FORMU

TEKLİF İSTEK TARİHİ :	22/05/2020	BELGE KAYIT NO :	2020-05-527
-----------------------	------------	------------------	-------------

İSTEK YAPAN BİRİM : Tibbi Malzeme Merkez Ambar Stoğu

SAYIN FİRMA YETKİLİSİ :

SIRA	KODU	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI
1		MASKE (LASTİKLİ)	120.000,00	Adet	
2		MASKE BAĞCIKLİ 2 KATLI (YEŞİL)	30.000,00	Adet	

MALZEME İLE İLGİLİ
ÖZELLİKLER :

MALZEME TEKLİF SÜRENİZ	MALZEMENİN GARANTİ SÜRESİ	VARSA TEKLİF ŞARTNAME	TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ	ÖDEME ŞEKLİ	DÖVİZ KURU

MALZEMENİN TEKNİK ŞARTNAME VE KALİTE BELGELERİNİ TEKLİFİN EKİNDE GÖNDERİNİZ.
YUKARIDA BELİRTİLEN MALZEMELERİ FİYATLANDIRIP EN GEÇ 22/5/2020 TARİHİ VE SAAT
KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ' NE BİLDİRMENİZİ RİCA EDERİZ.

Serdar ÖRS

RIZA GÜRDAL
Satınalma Müdürü

1. Malzeme fiyatları döviz üzerinden verilirse, fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru geçerli olacaktır.
2. Ürünün ÜTS kayıt numarası ve SUT kodu yazılacak, yoksa kapsam dışı olduğu belirtilecektir.
3. Teklif edilen ürünlerin, ÜTS kayıt sorgu çıktılarının teklif ekinde gönderilmesi zorunludur.
4. İsteklinin teklif edilen ürünü satmaya yetkili olduğunu gösteren ÜTS kaydı, barkod numarası belirtilecektir.
5. Teklif formunun sağ üst köşesinde yazılı olan bölüm ismi ve numarasının belirtilmesi rica olunur.
6. Ürünün markası ile ambalaj miktarı ve birimi (adet, kilo, gram, mililitre, litre... vb...) belirtilecektir.
7. Teklif verilirken her firma kendi proforma faturasıyla teklif verecektir. Bu form üzerinde verilen fiyatlar kabul edilmeyecektir.

TEK KULLANIMLIK CERRAHİ MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan nonvoven materyalden yapılmış olmalıdır.
- 2- Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.
- 3- %99 bakteri filtrasyonu, %95 partikül filtrasyonu (0,1 mikron büyüklüğünde) sağlamalıdır.
- 4- Sıvı bariyeri oluşturmamalıdır.
- 5- Nefes almayı engellemeyecek kalınlıkta olmalıdır.
- 6- Hipoallerjik olmalıdır.
- 7- Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekil alabilen polietilen kaplı çelik şerit bulunmalıdır.
- 8- Çelik şerit uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalıdır.
- 9- Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerinden kolay ayrılmamalıdır.
- 10- Bağcıklar başın en üst noktasında rahat bağlanacak uzunlukta olmalıdır.
- 11- Rahatsızlık verecek kokuya sahip olmamalıdır.
- 12- 100 adetlik karton kutularda ve kutudan alınması kolay olacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.

TEK KULLANIMLIK LASTİKLİ CERRAHİ MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Lastikli olmalı ve lastikler kulakları rahatsız etmemelidir.
- 2- Ağız burnu kapatacak şekilde, ayarlanabilir ve körüklü olmalıdır.
- 3- Dikdörtgen olmalıdır
- 4- Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan nonvoven materyalden yapılmış olmalıdır.
- 5- Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.
- 6- %99 bakteri filtrasyonu, %95 partikül filtrasyonu (0,1 mikron büyüklüğünde) sağlamalıdır.
- 7- Sıvı bariyeri oluşturmamalıdır.
- 8- Nefes almayı engellemeyecek kalınlıkta olmalıdır.
- 9- Hipoallerjik olmalıdır.
- 10- Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekil alabilen polietilen kaplı çelik şerit bulunmalıdır.
- 11- Çelik şerit uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalıdır.
- 12- 100 adetlik karton kutularda ve kutudan alınması kolay olacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
- 13- Mavi, yeşil ve beyaz renkte olmalıdır.

Başkent Üstünlük Hastanesi
Doç. Dr. C. N. A. A. A. A.
Doç. Dr. N. S. T. A. A. A.
Doç. Dr. A. A. A. A. A.

Doç. Dr. A. A. A. A. A.
Doç. Dr. A. A. A. A. A.
Doç. Dr. A. A. A. A. A.