

TEKLİF FORMU

TEKLİF İSTEK TARİHİ :	29/06/2020	BELGE KAYIT NO :	2020-06-624		
İSTEK YAPAN BİRİM :	Tibbi Malzeme Merkez Ambar Stoğu				
SAYIN FİRMA YETKİLİSİ :					
SIRA	KODU	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI
1		SERUM SETİ MAKARALI KÜÇÜK HAZNE	25.000,00	Adet	
MALZEME İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER :					
MALZEME TEKLİF SÜRENİZ	MALZEMENİN GARANTİ SÜRESİ	VARSA TEKLİF ŞARTNAME	TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ	ÖDEME ŞEKLİ	DÖVİZ KURU

MALZEMENİN TEKNİK ŞARTNAME VE KALİTE BELGELERİNİ TEKLİFİN EKİNDE GÖNDERİNİZ. YUKARIDA BELİRTİLEN MALZEMELERİ FİYATLANDIRIP EN GEÇ .../.../2020 TARİHİ VE SAAT KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ' NE BİLDİRMENİZİ RİCA EDERİZ.

Serdar ÖRS

RİZA GÜRDAL
Satınalma Müdürü

1. Malzeme fiyatları döviz üzerinden verilirse, fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru geçerli olacaktır.
2. Ürünün ÜTS kayıt numarası ve SUT kodu yazılacak, yoksa kapsam dışı olduğu belirtilecektir.
3. Teklif edilen ürünlerin, ÜTS kayıt sorgu çıktılarının teklif ekinde gönderilmesi zorunludur.
4. İsteklinin teklif edilen ürünü satmaya yetkili olduğunu gösteren ÜTS kaydı, barkod numarası belirtilecektir.
5. Teklif formunun sağ üst köşesinde yazılı olan bölüm ismi ve numarasının belirtilmesi rica olunur.
6. Ürünün markası ile ambalaj miktarı ve birimi (adet, kilo, gram, mililitre, litre... vb...) belirtilecektir.
7. Teklif verilirken her firma kendi proforma faturasıyla teklif verecektir. Bu form üzerinde verilen fiyatlar kabul edilmeyecektir.

SERUM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Non toksik tıbbi pvc'den üretilmiş olmalıdır.
2. Kesinlikle Lateks içermemeli.
3. Steril ve tekli paketler içinde olmalıdır.
4. Serum uygulamasında 20 damla = 1 ml olmalıdır.
5. Set uzunluğu 150cm±5 olmalıdır.
6. Damla odacığı yumuşak ve kolay doldurulabilir olmalı tabanında sabit 15 mikronluk mayii filtresi bulunmalıdır. Odacığın yanındaki hava çıkış kapakçığı şişe veya torba serumları için açılır, kapanır yapıda, görsel kontrol amacı ile renkli ve aerofobik filtre ile donanmış olmalıdır.
7. Hava girişli delme ucu olup serum torbasına kolay girebilmelidir.
8. Damla ayar mekanizması roller klamp şeklinde olmalı, parmakla kolay kavranabilmeli ve makaranın istenen yöne hareketini sağlayacak büyüklükte olmalıdır.
9. Setler isteğe göre luer veya luer-lock uç ve iğneli olmalıdır.
10. Line şeffaf, temiz ve kink yapmayan özellikte olmalı.
11. Setler sterilitesi bozulmadan açılacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
12. Ambalajı üzerine Türkçe kullanım ve uyarı bilgileri, sterilizasyon ve son kullanma tarihi, barkotu, üretici ve ithal ise ithalatçısı belirtilmiş olmalı.
13. Ubb kaydı Sağlık Bakanlığı Onaylı olmalıdır.

ZİYATTE UĞURLU
Genel Sağlık Hizmetleri
Müdürlüğü