BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
1993

TEKLİF FORMU

TEKLİF İSTEK TARİHİ :	13/11/2026	BELGE KAYIT NO :	2026-11-2029
İSTEK YAPAN BİRİM :	11.Sk. Diş Merkez Ambar Stoğu		
SAYIN FİRMA YETKİLİSİ :			

SIRA	KODU	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYATI
1	670061	AMALGAMATÖR	1,00	Adet	

MALZEME İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER :	111484 - 11 SOKAK DİŞ HEKİMLİGİ FAKÜLTESİ - PEDODONTİ BÖLÜMÜ - TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

MALZEME TESLİM SÜRENİZ	MALZEMENİN GARANTİ SÜRESİ	VARSA TEKLİF ŞARTNAME	TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ	ÖDEME ŞEKLİ	DÖVİZ KURU

MALZEMENİN TEKNİK ŞARTNAME VE KALİTE BELGELERİNİ TEKLİFİN EKİNDE GÖNDERİNİZ.
YUKARIDA BELİRTİLEN MALZEMELERİ FİYATLANDIRIP EN GEÇ 18./11.../2026 TARİHİ VE SAAT 11:00'a KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ' NE BİLDİRMENİZİ RİCA EDERİZ.

CANTEKİN ÜNAL

RIZA GÜRDAL
Satınalma Müdürü

1. Malzeme fiyatları döviz üzerinden verilirse, fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru geçerli olacaktır.
2. Ürünün ÜTS kayıt numarası ve SUT kodu yazılacak, yoksa kapsam dışı olduğu belirtilecektir.
3. Teklif edilen ürünlerin, ÜTS kayıt sorgu çıktılarının teklif ekinde gönderilmesi zorunludur.
4. İsteklinin teklif edilen ürünü satmaya yetkili olduğunu gösteren ÜTS kaydı, barkod numarası belirtilecektir.
5. Teklif formunun sağ üst köşesinde yazılı olan bölüm ismi ve numarasının belirtilmesi rica olunur.
6. Ürünün markası ile ambalaj miktarı ve birimi (adet, kilo, gram, mililitre, litre... vb...) belirtilecektir.
7. Teklif verilirken her firma kendi proforma faturasıyla teklif verecektir. Bu form üzerinde verilen fiyatlar kabul edilmeyecektir.

Başkent Üniversitesi, Satınalma Müdürlüğü Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mehmet Mah. Ekişehir yolu 18.Km TR06790 Etimesgut/ANKARA
TEL:(312) 246 66 66 FAKS:(312) 212 77 11 - (312) 212 35 58 Web: http://satinalma.baskent.edu.tr

Başkent Üniversitesi Hastanesi
CANTEKİN ÜNAL
13/11/2026 11:42:00

AMALGAMATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, kapsül formunda sunulan dental materyallerin mekanik olarak karıştırılmasına uygun olmalıdır.
2. Farklı kapsüllü dental materyallerin üretici tarafından önerilen karıştırma sürelerinin uygulanabilmesine olanak sağlamalıdır.
3. Karıştırma süresi kullanıcı tarafından ayarlanabilir olmalıdır.
4. Cihazda karıştırma süresini gösteren dijital veya kolay okunabilir bir gösterge bulunmalıdır.
5. Güvenli şekilde sabitliyen bir tutucu olmalıdır.
6. Cihazın kapağı açıkken çalışmasını önleyen güvenlik sistemi bulunması tercih edilmelidir.
7. Titreşim ve hareketi azaltacak stabil bir yapıya sahip olmalıdır.
8. Cihaz 220 V 50Hz elektrik şebekesi ile uyumlu olmalıdır.
9. Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.
10. Yetkili servis ve teknik destek hizmeti sağlanabilmelidir.

